

महाराष्ट्र शासन

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज

GOVT MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, MIRAJ

Pandharpur Road, Miraj Dist Sangli Pin Code 416 410 (M.S.)

Phone 0233- 2232090 to 2232099 Fax No. 0233-2231958/2231959 E-mail I.D. deangmcmiraj@yahoo.co.in

जा.क्र./शावैमरुमि/भांडार/दरपत्रके/१०९३ /२०१८

दिनांक:- ०१/१०/२०१८

संस्थेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करून ऑनलाईन दरपत्रके मागणी

विषय :- या रुग्णालयातील नेत्रशल्यचिकित्साशास्त्र विभागासाठी अत्यावश्यक खालील यंत्रसामुग्री खरेदीचे ऑनलाईन दरपत्रक मागणी...

आपणास विनंती करण्यात येते की, या रुग्णालयातील नेत्रशल्यचिकित्साशास्त्र विभागासाठी खालील दिलेल्या तक्यात नमूद केल्याप्रमाणे यंत्राचे दर सर्व करासह तात्काळ नमूद करावेत (सर्व करासह:- जी. एस.टी. व इतर चार्जससह) तसेच दर्शविण्यात आलेले दर बाजार भावाशी निगडीत व कमीत कमी असावेत.


अ.क्र.	तपशिल	नग	कंपनी	दर (सर्व करासह)
०१	A-Scan	०१		
०२	Electric Cautery (Microsurgical Bipolar Coagulator)	०१		
	सदरच्या यंत्रांचे स्पेसिफीकेशन सोबत जोडलेली आहेत.			

सदरहु दरपत्रका सोबत नमूद केलेल्या साहित्यांची माहिती पत्रके कॅटलॉग जोडावेत. सदरहु दरपत्रक हे एक वर्षाकरीता ग्राहय असतील असे भरावेत. सदरहु दरपत्रक या कार्यालयास दि.०६.१०.२०१८ सायं.५ पर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. दरपत्रकाच्या लिफाप्यावर वरील यंत्राकरीता खरेदी करणेकरीता दरपत्रक अंतिम दि.०६.१०.२०१८ असे नमूद व सिलबंद करून खालील पत्त्यावर पाठवावे."अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज-४१६४१० पंढरपूर रोड, जि.सांगली."

"अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज - ४१६४१० पंढरपूर रोड, जि.सांगली."

दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती लागू राहतील.

१) सदरचे यंत्र ज्या विभागाचे आहे त्यांनी दिलेल्या स्पेसिफीकेशन प्रमाणे यंत्र असणे आवश्यक आहे. सदर साहित्याचा दर्जा उत्तम व टिकावू असावा. २) यंत्राचे प्रात्यक्षिक वापर करण्याच्या विभागाने घेतल्यानंतरच त्यांचा अहवाल समाधानकारक प्राप्त झाल्यावर पुरवठा ऑर्डर देण्यात येईल. ३) सदर यंत्र हे कंपनीकडील मानांकित प्रतीची असावी. ४) सदरचे यंत्राची वॉरंटी व गॅरन्टी कालावधी नमूद करणे बंधनकारक राहील. ५) वरील यंत्राची कंपनी, मॉडेल व बुकलेट दरपत्रकासोबत पाठविणे बंधनकारक आहे. ६) सदर यंत्राचे दर हे कमीत कमी असावेत व उत्तम दर्जाचे असावे. ७) सदर यंत्राचे दर हे सर्व करासह नमूद करावेत. ८) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज, यांनी कोणतीही दरपत्रक कारण न दर्शविता स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवलेले आहेत.


अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज.

A-Scan - specifications

Probe	10mHz/6mHz/inbuilt red light with Immersion Probe
Measurement range	12 to 38 mm
Scan mode	Manual/auto
Scan method	Contact/immersion
Gain Control	50db to 150 db
IOL Power	SR/t, SRK II, BINKHORST, HOLLADAY, HOFFER-Q, AME
IOL Configuration	8 users programmable configuration
Printer	Thermal Printer
Velocities used	Aqueous Normal Lens Cataractous Lenses PMMA Lens Silicon Lens


ASSISTANT PROFESSOR
 DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY
 GOVT. MEDICAL COLLEGE, MIRAJ.
 10/18



ASSISTANT PROFESSOR
 DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY
 GOVT. MEDICAL COLLEGE, MIRAJ.
 11/18/18

Microsurgical Bipolar Coagulator – Specifications

Bipolar Frequency	5.15 kHz
Output RF Power	5w (max)
Output power Indicator	Green LED
Display	7-segment LED display
D/F level	0-9 positions
Input supply	AC ~2200v 50Hz (~110V/60Hz -- Optional)
Fuse	1A slow blow
Power Consumption	25W (max)
Dimension	190(L) * 170(B) * 90(H) mm
Weight	Net 2 kg and Gross 3kg
STANDARD ACCESSORIES	One set of Bipolar Cord and Standard Forceps Foot switch

Rs 1200/-


ASSISTANT PROFESSOR
 DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY
 GOVT. MEDICAL COLLEGE, MIRAJ.


 1/10/18
ASSISTANT PROFESSOR
 DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY
 GOVT. MEDICAL COLLEGE, MIRAJ.