



शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज Government Medical College, Miraj

Miraj Pandharpur Road, Miraj, Dist.- Sangli - 416410.

Website: gmcmiraj.edu.in Email: deangmcmiraj@yahoo.co.in Phone: 0233/2232090-99 Fax: 0233-2231959

जा.क्र./शावैममि/भांडार/दरपत्रके/रा.यो.(१८-१९)/१८६४३ /१८, दि:-१२-११-२०१८

संस्थेच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिध्द करुन दरपत्रके मागणी

विषय :- विविध विभागासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदी करणेबाबत...

खाली नमूद केल्याप्रमाणे सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षी यंत्र/उपकरणे खरेदीसाठी राज्य योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज या संस्थेतील विविध विभागांना आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री व उपकरणे संस्थास्तरावर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्यांत येत असून पुरवठादारांनी पुरवठ्याचे दरपत्रक दिलेल्या मुदतीच्या आत या संस्थेत पाठविण्यात यावे. सदरचे दर बाजार भावाशी निगडीत व कमीत कमी असावेत.

अ. क्र.	यंत्र/उपकरणाचे नांव	नग	स्पेसिफिकेशन	दर (सर्व करांसह नमूद करावे)
१)	ट्रॉकार कॅनुला साईड पोर्ट (५एमएम)	१	सोबत जोडलेल्या स्पेसिफिकेशननुसार	
२)	मायक्रोटोम (रोटरी मायक्रोटोम)	१	सोबत जोडलेल्या स्पेसिफिकेशननुसार	
३)	ट्रॉकार कॅनुला (५ एमएम)	१	सोबत जोडलेल्या स्पेसिफिकेशननुसार	
४)	कॉन्स्टंट टेम्परेचर वॉटर बाथ	१	सोबत जोडलेल्या स्पेसिफिकेशननुसार	
५)	एलईडी शॅडोलेस ओ.टी.लॅम्प	१	-	

सदरहु दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक:- २६ / ११ / २०१८ पूर्वी पोहोचणे आवश्यक आहे. पुरवठादारांनी सदरहु दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर संस्थेचे नांव, वस्तुचा अनुक्रमांक आणि वस्तुचे नांव तसेच अंतिम दिनांक:- २६ / ११ / २०१८ असे नमूद करुन यंत्रनिहाय स्वतंत्र दरपत्रके योग्यरित्या सिलबंद करुन खालील पत्त्यावर पाठवावीत.

"अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज, पंढरपूर रोड मिरज- ४१६ ४१०, जि.सांगली."

दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती राहतील.

- 1) If any of the items/materials mentioned are already under the DGS & D rate contract, you are requested to give us the advantage of the contract rates as GMC Miraj is Government institute.
- २) सदरची वस्तु विभागाने मागविलेल्या स्पेसिफिकेशननुसार व उत्तम दर्जाची असावी.
- ३) सदर वस्तुची वारंटी, गॅरंटी दरपत्रकात नमूद करणे आवश्यक आहे.
- ४) वरील वस्तुची कंपनी, मॉडेल व ब्रुकलेट दरपत्रकासोबत पाठविणे आवश्यक आहे.
- ५) पुरवठा आदेश दिल्यास वस्तु महाविद्यालयातील संबंधित विभागामध्ये पुरविणे व स्थापित करुन देणे आवश्यक आहे.
- ६) वरील वस्तुचे प्रात्यक्षिक वापर करण्याच्या विभागाने घेतल्यानंतरच व त्यांचा अहवाल समाधानकारक प्राप्त झाल्यावर देयकाची रक्कम अदा करण्यांत येईल.
- ७) प्राप्त दरपत्रक ग्राह्य अथवा रद्द करणे, दरपत्रकधारकांना पुरवठा आदेश निर्गमित करणे, तसेच संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया स्थगित अथवा रद्द करणे याबाबतचे सर्व अधिकार संस्थाप्रमुखांनी राखून ठेवलेले आहेत.

अधिष्ठाता,

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज.

प्रत :- मे.स्पार्क टेक्नॉलॉजीक्स, प्लॉट नं. बी-८, चंद्रलोक अपार्टमेंट, हसनी आश्रमजवळ, वानलेसवाडी, सांगली.

(kpankaj2467@gmail.com)

२/- आपणास कळविण्यात येते की, या संस्थेची वेबसाईटचे देखभाल करणेचे कामकाज आपण करत असून वरील साहित्य खरेदीचे दरपत्रक मागणीची जाहिरात संस्थेच्या www.gmcmiraj.edu.in या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल या संस्थेला सादर करावा.

ट्रोकार कॅनुला साईड जोईट (मेटल टाइप)
Trochar & Canula

TECHNICAL SPECIFICATION OF TROCHAR 5 MM (metal type)

It should be

1. With Multifunctional Valve
2. Made of Stainless Steel Body
3. Autoclavable.
4. Inner diameter (working diameter) of 5.5 mm and should pass 5mm instruments
5. an airtight seal – with no bulky external valves, fittings, or housings.
6. Fascia threads to hold canula in abdo wall
7. Obturator that fits to canula and of pyramidal distal sharp end
8. Washer of adequate size.

सहयोगी प्राध्यापक,
स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभाग.
डा. डे. म. मिरज व प. व. पा. शा. रु. सांगली

सहयोगी प्राध्यापक,
स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभाग.
डा. डे. म. मिरज व प. व. पा. शा. रु. सांगली.

Head of the Dept. of Obst. & Gyn.
Govt. Medical College, Miraj &
Padma Shri Hospital, Sangli
Government Hospital, Sangli

सहयोगी प्राध्यापक,
स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभाग.
डा. डे. म. मिरज

अधिष्ठाता
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज.

ROTARY MICROTOME

SPECIFICATIONS FOR ROTARY MICROTOME

• Range of Section Thickness:	0.5 mm to 60 mm
• Setting Values:	From 0.5mm to 2mm in 0.5mm
• Increments	From 2mm to 10mm in 1mm
increments form	
	20mm to 60mm in 5mm
• Section Thickness:	Viewing Window
• coarse Feed:	Manual Via Coarse Feed Wheel
• Trim Setting:	1mm to 60mm
• Horizontal Stroke	Approx. 30mm
• Vertical Stroke	Approx. 60mm
• Maximum Specimen size	50mm(L)x 60mm(H)x40mm(W)
• Specimen Orientation	X:8°, Y:8°, Z:8°
• Dimension of Basic	
• Width(Including Handwheel)	455mm
• Depth(Including Waste Tray)	510mm
• Height(With Storage Tray Installed On Housing)	305mm
• Weight(With accessories)	Approx.26Kg.

(Signature)
 डॉ. राजेश बरदोल
 एम.डी.
 प्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग,
 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
 मिरज

(Signature)
 अधिष्ठाता
 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज.

(Signature)
 प्राध्यापक व विभाग प्रमुख,
 न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग,
 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज.

(Signature)
 प्राध्यापक व विभाग प्रमुख,
 न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग,
 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज

TECHNICAL SPECIFICATION OF TROCHAR WITH CONULA 5-5 MM (metal type)

It should be

1. With Multifunctional Valve
2. Made up of Stainless Steel Body
3. Autoclavable
4. Inner diameter(working diameter) of 5.5 mm and should pass 5mm instruments
5. an airtight seal – with no bulky external valves, fittings, or housings.
6. Fascia threads to hold canula in abdo wall
7. Obturator that fits to canula and of pyramidal distal sharp end
8. Washer of adequate size.

[Signature]

सहयोगी प्राध्यापक,

स्त्रीरोग व प्रसुतिशास्त्र विभाग,

शा. व. म. मिरज व प. व. पा. शा. रु. सांगली.

[Signature]

सहयोगी प्राध्यापक,

स्त्रीरोग व प्रसुतिशास्त्र विभाग,

शा. व. म. मिरज व प. व. पा. शा. रु. सांगली.

[Signature]

Head of the Dept. of Obst. & Gyn
Govt. Medical College, Miraj &
Padmakumbar Sanstha, Pata
Government Hospital, Sangli.

[Signature]
S. V. Rokade.
3/11/18

सहयोगी प्राध्यापक,
स्त्रीरोग व प्रसुतिशास्त्र विभाग,
शा. व. म. मिरज

[Signature]

अधिष्ठाता

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज.

TECHNICAL SPECIFICATION

Constant temperature water bath

Construction- Double walled, Stainless Steel


Temperature Range- From ambient to 100°C

Temperature Accuracy- $\pm 0.5^\circ\text{C}$

Temperature Control- Digital temperature control


Lecturer
Dept. of Biochemistry
Govt. Medical College, Miraj


ASSO. PROFESSOR
DEPT. OF BIOCHEMISTRY
Government Medical College, Miraj


ASSO. PROFESSOR & HEAD
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY
GOVT. MEDICAL COLLEGE, MIRAJ



PROFESSOR & HEAD
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY
GOVT. MEDICAL COLLEGE, MIRAJ


अधिष्ठाता

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज.