

महाराष्ट्र शासन  
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज  
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, MIRAJ

Tel:0233/2232090-99 Fax:2231959

E-mail:-deangmcmiraj@yahoo.co.in

जा.क्र./शावैममि/व्ही.आर.डी.एल प्रयो./दरपत्रके/ 9513 /२०२४

दिनांक:-2६.०2.२०२४

**संस्थेच्या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करुन ऑनलाईन दरपत्रके मागणी**

**विषय :- व्ही.आर.डी.एल प्रयोगशाळेमध्ये आवश्यक असणारे किट्स खरेदीसाठी दरपत्रके**

**मागविणेबाबत**

- संदर्भ:- १) साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७  
२) केंद्रिय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५  
३) शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग 111 / उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६.  
४) मा.अधिष्ठाता, शावैम मिरज यांची मंजुर टिप्पणी दिनांक 2६.०2.२०२४

या संस्थेतील व्ही.आर.डी.एल प्रयोगशाळेसाठी खाली दिलेल्या यादीनुसार आवश्यक असणारे किट्स खरेदी करणेसाठी संस्थेच्या [www.gmcmiraj.edu.in](http://www.gmcmiraj.edu.in) या संकेतस्थळावर सर्व माहिती अपलोड केलेली आहे. त्याचे दर खाली दिलेल्या मुदतीच्या आत या संस्थेत पाठविण्यात यावेत सदरचे दर बाजार भावाशी निगडीत व कमीत कमी असावेत. सोबत जोडलेल्या यादीनुसार साधनसामुग्रीची दिलेल्या तपशीला (Specification) नुसारच दरपत्रके पाठवावीत.

| अ.क्र | किट्सचे नाव                                                                                  | आवश्यक नग      | एकुण अंदाजित किंमत सर्व करांसह |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1     | Automated Viral RNA Extraction Kit<br>Complaitible With Himedia Insta Nx<br>Mag-96 Instrumnt | 1000 Reactions |                                |


सदरहु दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक:-0६/०3/२०२४ पूर्वी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पोहचणे आवश्यक आहे. सदरहु दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर व्ही.आर.डी.एल प्रयोगशाळेमध्ये आवश्यक असणारे किट्स खरेदीसाठीचे दरपत्रक असे नाव नमुद करुन दरपत्रक अंतिम दिनांक:-0६/०3/२०२४ असे नमूद करुन योग्यरित्या सिलबंद करुन खालील पत्त्यावर पाठवावे.

**“अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (व्ही.आर.डी.एल.), पंढरपूर रोड, मिरज, जि.सांगली - ४१६४१०.”**

● **दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती लागू राहतील.**

- १) सदर वस्तुंचा पुरवठा तात्काळ करणाऱ्या पुरवठादारांनीच दरपत्रके सादर करावीत.
- २) सदरचे वस्तु ज्या विभागाचे आहे त्यांनी दिलेल्या स्पेसिफीकेशन प्रमाणे असणे आवश्यक आहे. सदर साहित्याचा दर्जा उत्तम व टिकावू असावा.
- ३) सदर वस्तु हे दिलेल्या मानांकीत प्रतीची असावी.
- ४) सदरचे वस्तुंची बॉरंटी व गॅरंटी कालावधी नमुद करणे बंधनकारक राहिल.
- ५) वरील वस्तुंची कंपनी, मॉडेल व बुकलेट दरपत्रकासोबत पाठविणे बंधनकारक आहे.
- ६) सदर वस्तुंचे दर हे सर्व करांसह नमुद करावेत अन्यथा सादर केलेले दरपत्रक ग्राह्य धरले जाणार नाही.
- ७) वरील १ ते ०६ अटी व शर्ती प्रमाणे ज्याचे कागदपत्र पुर्ण असतील तेच दरपत्रक ग्राह्य धरण्यात येईल.
- ८) सदर दरपत्रक मागणीची प्रक्रिया कोणत्याही स्तरावर रद्द/स्थगित करण्याचे अधिकार हे मा. अधिष्ठाता यांना आहेत.

  
(पी.आय, व्ही.आर.डी.एल)  
प्रा. व वि., सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग  
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज


  
अधिष्ठाता  
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज.

प्रत प्रसिध्दीसाठी सादर:- Spark Technologies, Flat No.6, Krishnasruti, Govt. Colony, Near Purva Hotel, Vishrambag, Sangli.

२/- आपणास कळविण्यात येते की, या संस्थेची वेबसाईटचे कामकाज करणेचे देखभाल आपण करत असून वरील किट्स खरेदीचे दरपत्रक मागणीची जाहिरात संस्थेच्या [www.gmcmiraj.edu.in](http://www.gmcmiraj.edu.in) या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल या संस्थेला सादर करावा.

## Specifications for Automated Viral RNA extraction kit

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>For Use with</b>             | All Viral RNA                                 |
| <b>Species/Samples</b>          | Virus/Clinical Samples/Swabs/Plasma/Serum     |
| <b>Target Organism</b>          | All RNA Viruses                               |
| <b>Detection Method</b>         | Magnetic bead based technology                |
| <b>Sample Amount</b>            | < 250 ul                                      |
| <b>Shipping Condition</b>       | Room Temperature                              |
| <b>Targeted specificity</b>     | 80% to 90% specificity for Viral RNA and DNA  |
| <b>Process type</b>             | Magnetic Stand Based Magnetic Bead Separation |
| <b>Technology Used</b>          | Magnetic bead based                           |
| <b>Elution Volume</b>           | 30 to 100 ul                                  |
| <b>Kits Storage Temperature</b> | 2° to 8° C                                    |
| <b>Pack Size</b>                | 96 reactions per kit or above                 |
| <b>Kit Compatibility</b>        | Himedia insta NX automated platform           |

  
**Research Scientist (VRD),**  
Department of Microbiology,  
Govt. Medical College, Miraj.

  
**Professor & Head,**  
Department of Microbiology,  
Govt. Medical College, Miraj.

  
**Assistant Professor**  
Dept. Of Microbiology  
Govt Medical College, Miraj