



महाराष्ट्र शासन
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज
पद्मभूषण वसंतदादा पाटील, शासकीय रुग्णालय, सांगली-४१६४१६
Padmabhushan Vasantdada patil Government Hospital, Sangli
0233/2374651 to 2374654 (PBX) Fax No. 0233/2375083 Email id: pvpghsangli@yahoo.co.in

जा.क्र.पवपाशरुसा/एसएस/शल्यसाहीत्य/ई-दरपत्रके/१०३८८/२०२१

दिनांक :- २६ /१०/२०२१

Quotation / जाहिर ई-दरपत्रक (मुदत ७ दिवस)

संस्थेच्या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करुन ऑनलाईन ई-दरपत्रके मागणी

विषय :- साधन सामुग्री खरेदी करणेस ई-दरपत्रक मागणी...

उपरोक्त विषयानुसार पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली या संस्थेमध्ये खालील नमुद केलेले साधनसामुग्री खरेदी करणे प्रस्तावीत आहे. तरी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे स्पेशिफिकेशनसह दरपत्रक मागवण्यात येत आहेत. सदर दिलेल्या मुदतीच्या आत या संस्थेत पाठविण्यात यावेत सदरचे दर बाजार भावाशी निगडीत व कमीत कमी असावेत.

SL No	Particulars	QUANTITY	Rate Rs (Inclusive with taxes)
1.	Conventional BP Apparatus with Stand	1 Nos	
2.	Fracture Table (Ortho Dept.)	1 Nos	
	सोबत स्पेशिफिकेशन जोडले आहेत		

सदरहु दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक:- ०९ /११/२०२१ वेळ ५.०० वाजेपूर्वी पोहचणे आवश्यक आहे. सदरहु दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर साधन सामुग्री खरेदी करणेस ई-दरपत्रक मागणी असे नांव नमुद करुन दरपत्रक अंतिम दिनांक: ०९ /११ /२०२१ असे नमुद करुन योग्यरित्या सिलबंद करुन खालील पत्त्यावर पाठवावे. "अधिष्ठाता, पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली - ४१६ ४१६, जि.सांगली."

दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती लागू राहतील.

- १) सदरचे दर हे कमीत कमी असावेत.
- २) सदरचे दर हे जीएसटी/ सर्व करासह नमुद करावेत.
- ३) सदरच्या दरासाठी शासनस्तरावरील नियम व अटी लागू राहतील.
- ४) सदरील साधनसामुग्री साहीत्य हे संस्थेसाठी असल्याने साहीत्याचा दर्जा उत्कृष्ट व जास्तीत जास्त टिकावु असणे आवश्यक आहे.
- ५) पोस्टाने पाठविणाऱ्या दरपत्रकाराने आपले दरपत्रक पंजीकृत डाकने दरपत्रासूचनेमध्ये नमुद केलेल्या वेळेच्या आत पाठवाव्यात. पोस्टाच्या दिरंगाईमुळे दरपत्रक उशिरा आल्यास, उशिरा येण्याचा कालावधीत क्षमापित करता येणार नाही.
- ६) एक अथवा सर्व दरपत्रक स्विकारणे अथवा नाकारणे याबाबतचे संपूर्ण अधिकार मा. अधिष्ठाता, पद्मभूषण वसंतदादा पाटील. शासकीय रुग्णालय, सांगली यांनी राखून ठेवलेले आहेत. त्यांनी अथवा समिती सदस्यांनी घेतलेले निर्णय अंतिम समजण्यात येतील व त्याबाबत कोणतीही तक्रार अथवा अभिवेदन स्वीकारार्थ राहणार नाही.
- ७) सदरची साधनसामुग्री प्रस्थापीत करण्याची जबाबदारी संबंधित दरपत्रकाधारकाची राहिल.

अधिष्ठाता,

पद्मभूषण वसंतदादा पाटील
शासकीय रुग्णालय, सांगली

Specifications of Conventional BP Apparatus with Stand

First-grade quality - Virgin material used.

The Purity of mercury 99.99% due to assured triple distillation process.

Type Of
SPHYGMOMANOMETERS
or Blood Pressure recording
unit:

Mercurial

Conformity to Indian Standard
for
SPHYGMOMANOMETERS

IS:3390 latest for Mercurial

Measuring device

Type

Mechanical

ISI MARKED

Portable and Stand Mounted

Yes

Measurement Method

Auscultatory method

Range: Pressure measurement
(mmHg)

0 to 300

Accuracy: Pressure
measurement (mmHg)

+/- 3

Inflation

Manual

Deflation and rapid Air
Release

Manual

Cuff Range

Medium (22-32)cm and/or Large (32-45) cm

Dimensions of the Equipment
(mmXmm)

300*300*30

Dimensions of the Display
screen (mmXmm)

300*300*30

Operating Temperature range

0 to 55 degree Celsius

Storage Temperature range


(-10) to 55 degree Celsius

Weight (in gram)

2000 + weight of Mount Stand extra

Warranty :

Yes, at least 1 year from the date of supply.


H.O.D. & Professor
Dept. of Anaesthesia
G.M.C. Miraj & P.V.P.G.H., Sangli.

SPECIFICATIONS

- 1) It should have full stainless steel top of 50 cm x 180 cm .
- 2) It should be C Arm compatible .
- 3) It should have stainless steel table base mounted on sturdy castors.
- 4) It should have standard positioning height up / down .
- 5) It should have fracture table accessories like , hip surgeries , interlock surgeries, spine surgeries.
- 6) It should have fracture table accessories for giving traction
- 7) It should have floor lock facility.

Orthopaedic Marathi Documents

[Signature]
Professor
Head of Dept. of Orthopaedics
M. Medical College Miraj &
S. P. Govt. Hospital Sangli

[Signature]