



महाराष्ट्र शासन
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज
पद्मभूषण वसंतदादा पाटील, शासकीय रुग्णालय, सांगली-४१६४१६
Padmabhushan Vasantdada patil Government Hospital, Sangli
0233/2374651 to 2374654 (PBX) Fax No. 0233/2375083 Email id: pvpghsangli@yahoo.co.in

जा.क्र.पवपाशासुसा/एसएस/ई-दरपत्रके/१२३६१ / २०२१

दिनांक :- २३/१२/२०२१

Quotation / जाहिर ई-दरपत्रक (मुदत ७ दिवस)

संस्थेच्या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करुन ऑनलाईन ई-दरपत्रके मागणी

विषय :- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणेस ई-दरपत्रक मागणी...

उपरोक्त विषयानुसार पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली या संस्थेमध्ये खालील नमुद केलेले साधनसामुग्री खरेदी करणे प्रस्तावीत आहे. तरी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे स्पेसिफिकेशनसह दरपत्रक मागवण्यात येत आहेत. सदर दिलेल्या मुदतीच्या आत या संस्थेत पाठविण्यात यावेत सदरचे दर बाजार भावाशी निगडीत व कमीत कमी असावेत.

अ.क्र.	नांव	नग	Rate	दर (दर सर्वकरासह नमुद करावे) (एका नगाची किंमत नमुद करावी)
१	Suction Machine	०१ नग		
२	Fogger Machine	०१ नग		
सोबत :- यंत्राचे स्पेसिफिकेशन जोडले आहे				


सदरहु दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक:- /१२/२०२१ पूर्वी पोहचणे आवश्यक आहे. सदरहु दरपत्रकाच्या

लिफाफ्यावर वस्तुचे नांव नमुद करुन दरपत्रक अंतिम दिनांक /१२/२०२१ असे नमूद करुन योग्यरित्या सिलबंद करुन खालील

पत्त्यावर पाठवावे. "अधिष्ठाता, पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली - ४१६ ४१६, जि.सांगली."

दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती लागू राहतील.

- १) सदरचे उपकरणे व यंत्रसामुग्री उत्तम दर्जाचे असावे.
- २) सदरचे उपकरणे व यंत्रसामुग्री चे दरपत्रकात वॉरंटी व गॅरंटी कालावधी नमुद करणे बंधनकारक राहिल.
- ३) सदरचे उपकरणे व यंत्रसामुग्री चे कोणत्या कंपनीचे आहे व त्याचे स्पेसिफिकेशन्स नमुद करावे.
- ४) सदरचे उपकरणे व यंत्रसामुग्री चे दर हे कमीत कमी असावेत व उत्तम दर्जाचे असावे.
- ५) सदरचे उपकरणे व यंत्रसामुग्री चे दर हे सर्व करासह नमुद करावेत.


अधिष्ठाता,

पद्मभूषण वसंतदादा पाटील
शासकीय रुग्णालय, सांगली

प्रत :- Webbizen Technologies Pvt.Ltd, BG-12, Sterling Tower, Gavati Mandai, Kolhapur-416007

२/- आपणास कळविण्यात येते की, या संस्थेची वेबसाईटचे कामकाज करणेचे देखभाल आपण करत असून वरील साहित्य

अ.क्र. १

Specification for Suction Machine (High Volume)

- 1) All Body part made up of Stainless steel.
- 2.) Average value of various specification should be in the following range .
- 3.) Ex. Noiseless operation due to oil immersed vacuum pump .
- 4.) Mounted on castor for easy mobility.
- 5.) Hi .power suction due to 3/4 hp piston type vacuum pump.
- 6.) Vacuum Capacity :760 mm/hg.
- 7.) Power 230V ac,50Hz.
- 8.) Automatic on and off with the help of suction tip holder.
- 9.) Size 38" x 16 x 11(hx1xw).
- 10.)Weight 20 Kg .
- 11) The Machine can Continually use for 2-3 hours.
- 12) It Should have maintenance free mechanism for auto drain operation .

Amudhree

सहाय्यक प्राध्यापक
बधिरीकरणशास्त्र विभाग
शा.वै.म.मिरज प.व.पा.शा.रु.सांगली.

KD
22-12-29

सह. प्राध्यापक
बधिरीकरण शास्त्र
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज आणि
प. व. पा. शासकीय रुग्णालय, सांगली

Abdul

सहाय्यक प्राध्यापक
बधिरीकरणशास्त्र विभाग
शा.वै.म.मिरज प.व.पा.शा.रु.सांगली.

Technical Specifications of Stainless Steel Fogger Machine for Hospital

- 1) Device should be made for hospital use only. (operation theatre or intensive care unit sterilization)
- 2) Device should be portable, electrically operated.
- 3) Machine weight at least 6 kg.
- 4) Tank capacity not less than 5 liters.
- 5) Area covered should be around 7500 cubic feet
- 6) Tank should be metallic stainless steel made and sturdy.
- 7) Droplet size generated by nozzle should be submicron size. Validation of droplet size by a governing body will be preferred.
- 8) Timer function should be present. Integrated timer is preferred.
- 9) Particle throw in a closed room should reach up to 3 to 4 meters
- 10) Output should be less than or equal to 3 liters per hour.
- 11) All parts should be compatible with acidic or alkaline liquids.
- 12) Medical grade silicon tubing and stainless steel internal parts. complying to FDA & UPS CLASS VI
- 13) Should have intake air filter uniquely designed of two layers for dust and fog separation
- 14) Device motor should be high speed.
- 15) Should have Precision Metering System : 0-70ml/minute
- 16) Should be of nozzle assembly – non clogging design – Engg. Plastics

Anushree
सहाय्यक प्राध्यापक
बधिरीकरणशास्त्र विभाग
शा.वै.म.मिरज प.व.पा.शा.रु.सांगली.

1/12
22-12-21
सह. प्राध्यापक
बधिरीकरण शास्त्र
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज आणि
प. व. पा. शासकीय रुग्णालय, सांगली.

Pragati
सहाय्यक प्राध्यापक
बधिरीकरणशास्त्र विभाग
शा.वै.म.मिरज प.व.पा.शा.रु.सांगली.